ANDARILHO ALUMINIO DOBRAVEL 2RODAS+2 AUTOBLOQUEIO RP737 G Geri Mais

Finalidade: Estes dispositivos facilitam o movimento das pessoas com equilíbrio estático limitado e/ou dinâmico, aumentando a amplitude até à base de apoio. Proporcionam apoio em situações de fraqueza e/ou paralisia dos membros inferiores. Ajuda a descarregar sobre os braços parte do peso da pessoa, onde é necessária uma limitação da carga sobre um ou ambos os membros inferiores.

Características: Fabricado em tubo leve de alumínio anodizado com pegas acolchoadas, pontas de borracha antiderrapantes e/ou rodas giratórias e/ou rodas fixas. São ajustáveis em altura a cada 2,5 cm.

Peso máximo do utilizador: 130kg

Dimensões:

- Dimensões medidas no ajuste da altura inferior: 61 x 62 x 53cm

- Dimensões medidas no ajuste de altura mais alto: 64 x 65 x 57cm

Cor: Preto e Metalizado

Diretiva: Regulamento 2017/45

Classificação: Classe I

Marca: Mopedia (Moretti)

Modelo: RP737

Dimensões: 50 x 44 x 55 cm

Declaração de conformidade: 2017/45

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão

Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior

2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento: Os dispositivos Mopedia MORETTI são verificados da cuidadosamente e fornecidos com a marca CE, uma vez lançados no mercado. Para segurança do paciente e do médico, recomendamos que se deixe verificar dispositivo pelo fabricante ou pelo laboratório autorizado de 2 em 2 anos, para uma inspeção periódica. Limpeza: Utilize apenas um pano húmido para remover o pó, use um pano húmido com um sabão suave para remover sujidade mais difícil. Seque bem antes de utilizar. Nunca utilize água com temperatura superior a 30°C. Nunca utilize água a jato ou máquina de lavar a vapor. Se for necessário desinfetar o aparelho, utilize um limpador de desinfetante comum. Nota: Nunca utilize ácidos, alcalinos ou solventes, como acetona. Desinfeção: Se precisar de desinfetar o dispositivo utilize um desinfetante de limpeza comum. Nunca utilizar ácidos, alcalinos ou solventes, tais como acetona.

Instruções de Utilização:

Antes de transferir o paciente para o andarilho, verifique que as rodas se encontram bloqueadas. O andarilho deve ser agarrado nas pegas.

Nota: Para instruções de utilização, consulte o nosso manual que acompanha o artigo.

Imagens do Artigo:



