

Finalidade: Os esfigmomanómetros digitais são dispositivos para medir a pressão arterial sistólica e diastólica, para utilização prática, correta e segura.

Características:

Método de medição Oscilométrica .
Display LCD 83.1mm x 53.1mm (3.27" x 2.09").
Pressurização: Automática;
Medição: Sistólica: 60mmHg~260 mmHg;
Diastólica: 30mmHg~200 mmHg; Pressão:
0mmHg~299mmHg; Precisão: ± 3 mmHg; Batidas:
30 ~ 180 latidos/minuto; Precisão: $\pm 5\%$.
Memória: 2x150 memórias divididas em dois grupos. Funções: Identificação de impulso cardíaco irregular. Indicador de clasificación WHO/OMS. Média das últimas 3 medições.
Detecção de bateria fraca.
Alimentação: 3 pilhas alcalinas AAA ou fonte de alimentação externa (opcional). Duração da bateria: Aprox. 2 meses com 3 medições por dia.
Peso: 213g (sem pilhas);
Circunferência da braçadeira: Aprox.:140mm X 568mm (medida do braço: 22 - 36 cm)

Cor: Azul e branco

Caixa: Sim

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe IIb

Modelo: DM591

Marca: Logiko Digit

Certificado: DD 60147728 0001

Fabricante: JOYTECH Healthcare,Co. Nº 365, Wuzhou Road, Hangzhou City, China

Importador: Moretti S.p.A.

Morada do importador: Via Bruxelles 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: LIMPEZA E DESINFEÇÃO: NÃO mergulhe o aparelho em água. Para limpar o seu aparelho, utilize apenas um pano macio e passe suavemente o pano para não danificar o visor. **NOTA:** Para uma desinfeção mais precisa, utilize uma pequena quantidade de detergente neutro e seque cuidadosamente, evitando que qualquer líquido penetre no interior do aparelho. Retire as pilhas se não usar o aparelho durante longos períodos.

Instruções de Utilização: Para uma utilização correta do aparelho, consulte cuidadosamente o manual. Recomenda-se que escreva medições diárias de modo a consultar um médico para definir adequadamente um valor normal de pressão para o seu corpo.

Insira as pilhas, liberte a roupa do braço, descanse alguns minutos antes de testar usando a braçadeira. Sente-se confortavelmente e coloque a braçadeira no braço esquerdo, à mesma altura que o seu coração e prima START.

Imagens do Artigo:

